

CE EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Dokument-Nr./ Document.No.: PM 1000962
Hersteller/ Manufacturer: **Camille Bauer Metrawatt AG**
Switzerland
Anschrift / Address: **Aargauerstrasse 7**
CH-5610 Wohlen
Produktbezeichnung/
Product name: **Messumformer für Frequenz**
Measuring transducers for frequency
Typ / Type: **SINEAX F534**


Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein, nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

The above mentioned product has been manufactured according to the regulations of the following European directives proven through compliance with the following standards:

Richtlinie / Directive	2014/30/EU EMV-Richtlinie / EMC directive
Norm / Standard	EN 61000-6-2:2019 Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche Generic standards - Immunity for industrial environments
	EN 61000-6-4:2019 Fachgrundnormen - Störaussendung für Industriebereiche Generic standards - Emission standard for industrial environments
Richtlinie / Directive	2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie – CE-Kennzeichnung Low Voltage Directive – Attachment of CE marking
Norm / Standard	EN 61010-1+A1+A1-AC:2020 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 1: General requirements
	EN 61010-2-030:2010 Besondere Bestimmungen für Prüf- und Messstromkreise Particular requirements for testing and measuring circuits
Richtlinie / Directive	2011/65/EU RoHS 2 + 2015/863 (Phthalate DEHP, BBP, DBP, DIBP) Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Ort, Datum / Place, date:
Unterschrift / signature:

Wohlen, 25. April 2023


M. Ulrich
Geschäftsführer / Managing Director


J. Brem
Qualitätsmanager / Quality manager